



检测 报告

项目编号：25080203

项目名称：吉林瑞吉特殊化学品有限公司八月份环境检测

委托单位：吉林瑞吉特殊化学品有限公司

检测类别：委托检测



吉林恒祥环境检测有限公司

报告日期：二零二五年八月十一日



项目编号: 25080203

说 明

- 1、本报告检测数据用于污染事故调查、环保验收、仲裁及鉴定的, 需由我单位按规范采样、检测, 否则不能作为执法依据。
- 2、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 3、未经本单位允许, 不得部分复制报告。
- 4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、报告无签发、审核、编制签字无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、由委托单位自行采样送检的样品, 本报告只对送检样品负责。
- 8、对检测报告若有异议, 请在收到报告之日起十五日内以书面形式向本单位提出, 逾期不予受理。

地址: 吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 255 号

邮编: 132021

电话: 0432-63391007

传真: 0432-63391007

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25080203

第 1 页 共 2 页

项目名称	吉林瑞吉特殊化学品有限公司八月份环境检测				
委托单位	吉林瑞吉特殊化学品有限公司	委托单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号		
受检单位	吉林瑞吉特殊化学品有限公司	受检单位地址	吉林省吉林市龙潭区龙北路 23 号		
采样地点	污水站废气排气筒、碱洗塔排放口, 废水排口	采样日期	2025.08.02		
		检测日期	2025.08.02~2025.08.07		
样品状态	废水: 无色、微浊、无异味、无浮油				
样品类别	检测项目	检测依据	仪器名称	型号	检测员
水和废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	PHBJ-260	张昊天 李金阳
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子分析天平	CX2012-1104	马金丽
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	LT-21A	马金丽
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	陆玉朵
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	陆玉朵
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
空气和废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC9790 II	马金丽
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) (中国环境出版社 2003 年) 第三篇 第一章 十一 (二)	紫外可见分光光度计	752 型	马金丽
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022			孟翔宇等
检测结果	详见第 2 页				

编制:

审核:

签

发:

签发日期: 2025. 8. 11

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 25080203

第 2 页 共 2 页

1、有组织排放检测结果:

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果		
				标干烟气量 (Nm ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2025.08.02	碱洗塔排放口	非甲烷总烃	25080203-K-1	543	22.6	1.23×10^{-2}
	污水站废气排气筒	硫化氢	25080203-K-2	2910	1.11	3.23×10^{-3}
		氨	25080203-K-3		0.31	9.02×10^{-4}
		非甲烷总烃	25080203-K-4		12.6	3.67×10^{-2}
		臭气浓度 (无量纲)	25080203-K-5		48	——

2、废水检测结果:

单位: mg/L (pH 无量纲)

采样日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2025.08.02	废水排口	总磷	25080203-S-1-1	0.37	0.01
		总氮		28.2	0.05
		挥发酚	25080203-S-1-2	0.01L	0.01
		硫化物	25080203-S-1-3	0.06	0.01
		悬浮物	25080203-S-1-4	40	4
		石油类	25080203-S-1-5	0.56	0.06
		pH	25080203-S-1-6	7.5	——

备注: 检测结果低于检出限, 报检出限值加“L”

——以下空白——